

表 486 細菌数測定の頻度 細菌数(cfu/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満 (%)		11 (0.4)	113 (3.7)	176 (5.8)	2,176 (71.2)	255 (8.3)	325 (10.6)	3,056 (100.0)	1		3,057
0.1 ~ (%)		1 (0.2)	18 (3.6)	32 (6.4)	356 (71.5)	45 (9.0)	46 (9.2)	498 (100.0)	1		499
1 ~ (%)		12 (4.2)	14 (4.9)	212 (73.9)	27 (9.4)	22 (7.7)	287 (100.0)				287
10 ~ (%)		3 (2.1)	5 (3.5)	101 (70.1)	16 (11.1)	19 (13.2)	144 (100.0)				144
100以上 (%)		1 (3.6)	2 (7.1)	2 (7.1)	16 (57.1)	2 (7.1)	5 (17.9)	28 (100.0)			28
合計 (%)		13 (0.3)	148 (3.7)	229 (5.7)	2,861 (71.3)	345 (8.6)	417 (10.4)	4,013 (100.0)	2		4,015
不明 (%)	114 (73.1)				25 (16.0)	9 (5.8)	8 (5.1)	156 (100.0)	76		232
記載なし (%)	70 (100.0)							70 (100.0)		1	71
総計 (%)	184 (4.3)	13 (0.3)	148 (3.5)	229 (5.4)	2,886 (68.1)	354 (8.4)	425 (10.0)	4,239 (100.0)	78	1	4,318

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##C0063##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査