

表 487 細菌数測定の頻度 細菌培養培地別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌培養培地	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
普通寒天培地		2	7	9	161	39	23	241	2		243
(%)		(0.8)	(2.9)	(3.7)	(66.8)	(16.2)	(9.5)	(100.0)			
R2A培地		7	83	118	1,631	192	240	2,271	1		2,272
(%)		(0.3)	(3.7)	(5.2)	(71.8)	(8.5)	(10.6)	(100.0)			
TGEA培地		2	50	83	851	83	113	1,182	1		1,183
(%)		(0.2)	(4.2)	(7.0)	(72.0)	(7.0)	(9.6)	(100.0)			
血液寒天培地		1	1	12	3	5	22				22
(%)		(4.5)	(4.5)	(54.5)	(13.6)	(22.7)	(100.0)				
TSA培地		2	2	15	1	5	25				25
(%)		(8.0)	(8.0)	(60.0)	(4.0)	(20.0)	(100.0)				
その他の培地		6	12	129	15	18	180		1		181
(%)		(3.3)	(6.7)	(71.7)	(8.3)	(10.0)	(100.0)				
合計		13	147	225	2,799	333	404	3,921	5		3,926
(%)		(0.3)	(3.7)	(5.7)	(71.4)	(8.5)	(10.3)	(100.0)			
不明	114		1	4	87	21	21	248	73		321
(%)	(46.0)		(0.4)	(1.6)	(35.1)	(8.5)	(8.5)	(100.0)			
記載なし	70							70		1	71
(%)	(100.0)							(100.0)			
総計	184	13	148	229	2,886	354	425	4,239	78	1	4,318
(%)	(4.3)	(0.3)	(3.5)	(5.4)	(68.1)	(8.4)	(10.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0064##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査