

表 489 細菌培養培地 細菌数測定サンプル量別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌数測定サンプル量	普通寒天培地	R2A培地	TGEA培地	血液寒天培地	TSA培地	その他の培地	合計	不明	記載なし	総計
1mL未満 (%)	54 (19.9)	163 (59.9)	43 (15.8)	4 (1.5)	2 (0.7)	6 (2.2)	272 (100.0)	18		290
1～10mL未満 (%)	58 (13.2)	321 (73.3)	30 (6.8)	11 (2.5)	1 (0.2)	17 (3.9)	438 (100.0)	46		484
10～50mL未満 (%)	73 (6.3)	666 (57.5)	350 (30.2)	5 (0.4)	6 (0.5)	59 (5.1)	1,159 (100.0)	29		1,188
50～100mL未満 (%)	41 (2.7)	795 (51.9)	610 (39.8)	2 (0.1)	11 (0.7)	73 (4.8)	1,532 (100.0)	25		1,557
100～500mL未満 (%)	12 (2.5)	303 (62.9)	140 (29.0)		5 (1.0)	22 (4.6)	482 (100.0)	7		489
500mL～1L未満 (%)	1 (5.3)	13 (68.4)	4 (21.1)			1 (5.3)	19 (100.0)			19
1～10L未満 (%)		7 (63.6)	3 (27.3)			1 (9.1)	11 (100.0)			11
10L以上 (%)		1 (33.3)	2 (66.7)				3 (100.0)	1		4
合計 (%)	239 (6.1)	2,269 (57.9)	1,182 (30.2)	22 (0.6)	25 (0.6)	179 (4.6)	3,916 (100.0)	126		4,042
不明 (%)	4 (40.0)	3 (30.0)	1 (10.0)			2 (20.0)	10 (100.0)	195		205
記載なし (%)									71	71
総計 (%)	243 (6.2)	2,272 (57.9)	1,183 (30.1)	22 (0.6)	25 (0.6)	181 (4.6)	3,926 (100.0)	321	71	4,318

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0070##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査