

表 492 細菌数(cfu/mL) サンプルングポイント別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

サンプルング ポイント	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
ダイアライザ前 (%)	2,754 (76.2)	444 (12.3)	265 (7.3)	127 (3.5)	26 (0.7)	3,616 (100.0)	130	30	3,776
ダイアライザ後 (%)	294 (77.2)	50 (13.1)	20 (5.2)	15 (3.9)	2 (0.5)	381 (100.0)	20	2	403
合計 (%)	3,048 (76.3)	494 (12.4)	285 (7.1)	142 (3.6)	28 (0.7)	3,997 (100.0)	150	32	4,179
不明 (%)	9 (50.0)	5 (27.8)	2 (11.1)	2 (11.1)		18 (100.0)	82	7	107
記載なし (%)								32	32
総計 (%)	3,057 (76.1)	499 (12.4)	287 (7.1)	144 (3.6)	28 (0.7)	4,015 (100.0)	232	71	4,318

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0082##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査