

表 494 細菌数(cfu/mL) 細菌数測定サンプル量別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌数測定サンプル量	0.1未満	0.1 ~	1 ~	10 ~	100以上	合計	不明	記載なし	総計
1mL未満 (%)	255 (89.5)	17 (6.0)	7 (2.5)	6 (2.1)	285 (100.0)	5			290
1 ~ 10mL未満 (%)	297 (62.8)	79 (16.7)	71 (15.0)	22 (4.7)	4 (0.8)	473 (100.0)	11		484
10 ~ 50mL未満 (%)	883 (74.6)	142 (12.0)	90 (7.6)	59 (5.0)	9 (0.8)	1,183 (100.0)	5		1,188
50 ~ 100mL未満 (%)	1,199 (77.5)	201 (13.0)	95 (6.1)	42 (2.7)	11 (0.7)	1,548 (100.0)	9		1,557
100 ~ 500mL未満 (%)	388 (80.0)	56 (11.5)	24 (4.9)	13 (2.7)	4 (0.8)	485 (100.0)	4		489
500mL ~ 1L未満 (%)	15 (78.9)	4 (21.1)				19 (100.0)			19
1 ~ 10L未満 (%)	11 (100.0)					11 (100.0)			11
10L以上 (%)	4 (100.0)					4 (100.0)			4
合計 (%)	3,052 (76.1)	499 (12.5)	287 (7.2)	142 (3.5)	28 (0.7)	4,008 (100.0)	34		4,042
不明 (%)	5 (71.4)			2 (28.6)		7 (100.0)	198		205
記載なし (%)								71	71
総計 (%)	3,057 (76.1)	499 (12.4)	287 (7.1)	144 (3.6)	28 (0.7)	4,015 (100.0)	232	71	4,318

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0084##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査