

表 495 細菌数(cfu/mL) 細菌培養培地別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌培養培地	0.1未満	0.1 ~	1 ~	10 ~	100以上	合計	不明	記載なし	総計
普通寒天培地	173	39	17	9	1	239	4		243
(%)	(72.4)	(16.3)	(7.1)	(3.8)	(0.4)	(100.0)			
R2A培地	1,698	273	179	90	21	2,261	11		2,272
(%)	(75.1)	(12.1)	(7.9)	(4.0)	(0.9)	(100.0)			
TGEA培地	936	150	64	26	4	1,180	3		1,183
(%)	(79.3)	(12.7)	(5.4)	(2.2)	(0.3)	(100.0)			
血液寒天培地	18	3	1			22			22
(%)	(81.8)	(13.6)	(4.5)			(100.0)			
TSA培地	18	4		3		25			25
(%)	(72.0)	(16.0)		(12.0)		(100.0)			
その他の培地	132	18	15	10	1	176	5		181
(%)	(75.0)	(10.2)	(8.5)	(5.7)	(0.6)	(100.0)			
合計	2,975	487	276	138	27	3,903	23		3,926
(%)	(76.2)	(12.5)	(7.1)	(3.5)	(0.7)	(100.0)			
不明	82	12	11	6	1	112	209		321
(%)	(73.2)	(10.7)	(9.8)	(5.4)	(0.9)	(100.0)			
記載なし								71	71
(%)									
総計	3,057	499	287	144	28	4,015	232	71	4,318
(%)	(76.1)	(12.4)	(7.1)	(3.6)	(0.7)	(100.0)			

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##C0085##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査