

表 503 専従専門医の有無 ET測定値(EU/mL) (ベッドサイドコンソール台数 ≥ 1)

ET測定値	なし	あり	合計	記載なし	総計
0.001EU/mL未満 (%)	1,683 (49.4)	1,723 (50.6)	3,406 (100.0)		3,406
0.001～0.01EU/mL未満 (%)	238 (51.9)	221 (48.1)	459 (100.0)		459
0.01～0.05EU/mL未満 (%)	89 (55.6)	71 (44.4)	160 (100.0)		160
0.05～0.1EU/mL未満 (%)	25 (54.3)	21 (45.7)	46 (100.0)		46
0.1～0.25EU/mL未満 (%)	22 (59.5)	15 (40.5)	37 (100.0)		37
0.25～0.5EU/mL未満 (%)	9 (45.0)	11 (55.0)	20 (100.0)		20
0.5EU/mL以上 (%)	11 (68.8)	5 (31.3)	16 (100.0)		16
合計 (%)	2,077 (50.1)	2,067 (49.9)	4,144 (100.0)		4,144
不明 (%)	92 (71.9)	36 (28.1)	128 (100.0)		128
記載なし (%)	30 (65.2)	16 (34.8)	46 (100.0)		46
総計 (%)	2,199 (50.9)	2,119 (49.1)	4,318 (100.0)		4,318

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0094##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査