

表 798 HDF希釈方法 血流量(ml/分)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

血流量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)								
100～ (%)		3 (100.0)			3 (100.0)		1	4
120～ (%)	2 (11.1)	16 (88.9)			18 (100.0)		2	20
140～ (%)	31 (18.0)	141 (82.0)			172 (100.0)		30	202
160～ (%)	10 (13.3)	65 (86.7)			75 (100.0)		13	88
180～ (%)	63 (14.9)	361 (85.1)			424 (100.0)		50	474
200～ (%)	178 (12.0)	1,299 (87.8)	2 (0.1)		1,479 (100.0)		165	1,644
220～ (%)	73 (12.1)	526 (87.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	601 (100.0)		53	654
240～ (%)	82 (12.7)	562 (86.9)	2 (0.3)	1 (0.2)	647 (100.0)		39	686
260～ (%)	5 (6.4)	73 (93.6)			78 (100.0)		7	85
280～ (%)	23 (38.3)	36 (60.0)	1 (1.7)		60 (100.0)		8	68
300～ (%)	32 (20.6)	123 (79.4)			155 (100.0)		8	163
350～ (%)		12 (100.0)			12 (100.0)		1	13
400～ (%)		10 (100.0)			10 (100.0)		2	12
合計 (%)	499 (13.4)	3,227 (86.4)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,734 (100.0)		379	4,113
記載なし (%)	2 (8.0)	23 (92.0)			25 (100.0)		50	75
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
平均	215.77	214.32	235.00	235.00	214.56		206.62	213.83
標準偏差	38.42	36.24	31.46	7.07	36.53		38.53	36.78

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1615##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査