

表 801 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前 クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)								
2～ (%)	1 (7.1)	13 (92.9)			14 (100.0)		2	16
4～ (%)	8 (9.8)	74 (90.2)			82 (100.0)		15	97
6～ (%)	29 (10.7)	243 (89.3)			272 (100.0)		33	305
8～ (%)	61 (12.2)	441 (87.8)			502 (100.0)		53	555
10～ (%)	54 (15.4)	296 (84.3)		1 (0.3)	351 (100.0)		29	380
12～ (%)	6 (6.7)	83 (92.2)	1 (1.1)		90 (100.0)		9	99
14～ (%)		14 (100.0)			14 (100.0)		1	15
16～ (%)							1	1
合計 (%)	159 (12.0)	1,164 (87.8)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,325 (100.0)		143	1,468
記載なし (%)	4 (28.6)	10 (71.4)			14 (100.0)		9	23
総計 (%)	163 (12.2)	1,174 (87.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,339 (100.0)		152	1,491
平均	9.18	9.08	13.40	10.60	9.10		8.84	9.07
標準偏差	1.90	2.10			2.08		2.56	2.13

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1618##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査