

表 810 HDF希釈方法 透析前CRP濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

透析前CRP濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	217 (13.7)	1,362 (85.9)	4 (0.3)	2 (0.1)	1,585 (100.0)		145	1,730
0.2～ (%)	90 (13.5)	575 (86.5)			665 (100.0)		68	733
0.5～ (%)	47 (12.4)	332 (87.6)			379 (100.0)		43	422
1.0～ (%)	30 (11.8)	224 (88.2)			254 (100.0)		25	279
2.0～ (%)	24 (14.9)	137 (85.1)			161 (100.0)		15	176
4.0～ (%)	7 (11.3)	55 (88.7)			62 (100.0)		10	72
6.0～ (%)	4 (12.5)	28 (87.5)			32 (100.0)		3	35
8.0～ (%)	2 (16.7)	10 (83.3)			12 (100.0)		1	13
10.0～ (%)		13 (100.0)			13 (100.0)		4	17
15.0～ (%)	1 (6.7)	14 (93.3)			15 (100.0)			15
合計 (%)	422 (13.3)	2,750 (86.5)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,178 (100.0)		314	3,492
記載なし (%)	79 (13.6)	500 (86.1)	2 (0.3)		581 (100.0)		115	696
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
平均	0.69	0.82	0.13	0.02	0.80		0.83	0.80
標準偏差	1.84	2.23	0.05	0.01	2.18		1.79	2.14

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1627##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査