

表 821 HDF希釈方法 血流量(ml/分)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

血流量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	2 (100.0)				2 (100.0)			2
100～ (%)	31 (100.0)				31 (100.0)			31
120～ (%)	98 (98.0)	2 (2.0)			100 (100.0)		10	110
140～ (%)	1,208 (90.4)	122 (9.1)		6 (0.4)	1,336 (100.0)		106	1,442
160～ (%)	480 (96.0)	20 (4.0)			500 (100.0)		36	536
180～ (%)	2,759 (94.2)	155 (5.3)		15 (0.5)	2,929 (100.0)		200	3,129
200～ (%)	15,570 (94.8)	753 (4.6)	1 (0.0)	99 (0.6)	16,423 (100.0)	1	893	17,317
220～ (%)	8,069 (95.5)	360 (4.3)		23 (0.3)	8,452 (100.0)		411	8,863
240～ (%)	12,737 (96.4)	446 (3.4)		24 (0.2)	13,207 (100.0)		631	13,838
260～ (%)	1,231 (94.8)	65 (5.0)		2 (0.2)	1,298 (100.0)		80	1,378
280～ (%)	1,604 (94.4)	94 (5.5)		1 (0.1)	1,699 (100.0)		82	1,781
300～ (%)	3,636 (95.4)	175 (4.6)		2 (0.1)	3,813 (100.0)		154	3,967
350～ (%)	538 (96.6)	19 (3.4)			557 (100.0)		8	565
400～ (%)	218 (95.2)	11 (4.8)			229 (100.0)		4	233
合計 (%)	48,181 (95.3)	2,222 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,576 (100.0)	1	2,615	53,192
記載なし (%)	276 (98.2)	5 (1.8)			281 (100.0)		359	640
総計 (%)	48,457 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,857 (100.0)	1	2,974	53,832
平均	228.74	224.85	200.00	209.10	228.50	200.00	222.50	228.20
標準偏差	40.00	42.19		26.33	40.09		37.56	39.99

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1715##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査