

表 823 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

1セッションあたり の置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満 (%)								
1～ (%)	113 (37.7)	93 (31.0)		94 (31.3)	300 (100.0)			300
5～ (%)	980 (51.5)	887 (46.6)		35 (1.8)	1,902 (100.0)			1,902
10～ (%)	1,835 (65.8)	947 (34.0)		7 (0.3)	2,789 (100.0)			2,789
15～ (%)	1,004 (84.7)	182 (15.3)			1,186 (100.0)			1,186
20～ (%)	7,008 (98.8)	86 (1.2)			7,094 (100.0)			7,094
30～ (%)	8,821 (99.9)	6 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	8,830 (100.0)	1		8,831
40～ (%)	18,082 (100.0)				18,082 (100.0)			18,082
50～ (%)	3,404 (100.0)				3,404 (100.0)			3,404
60～ (%)	4,602 (100.0)				4,602 (100.0)			4,602
70～ (%)	1,033 (100.0)				1,033 (100.0)			1,033
80～ (%)	358 (100.0)				358 (100.0)			358
90～ (%)	188 (100.0)				188 (100.0)			188
合計 (%)	47,428 (95.3)	2,201 (4.4)	1 (0.0)	138 (0.3)	49,768 (100.0)	1		49,769
記載なし (%)	1,029 (94.5)	26 (2.4)		34 (3.1)	1,089 (100.0)		2,974	4,063
総計 (%)	48,457 (95.3)	2,227 (4.4)	1 (0.0)	172 (0.3)	50,857 (100.0)	1	2,974	53,832
平均	39.88	10.21	30.00	3.80	38.47	30.00		38.47
標準偏差	15.28	3.96		4.83	16.24			16.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1717##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査