

表 850 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (IHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)			2
0.4～ (%)				5 (100.0)	5 (100.0)		2	7
0.6～ (%)	6 (27.3)	4 (18.2)		12 (54.5)	22 (100.0)		14	36
0.8～ (%)	18 (16.8)	2 (1.9)		87 (81.3)	107 (100.0)		76	183
1.0～ (%)	68 (17.9)	23 (6.1)	2 (0.5)	287 (75.5)	380 (100.0)		321	701
1.2～ (%)	122 (16.2)	30 (4.0)		599 (79.8)	751 (100.0)	2	696	1,449
1.4～ (%)	105 (14.9)	18 (2.5)	1 (0.1)	582 (82.4)	706 (100.0)		567	1,273
1.6～ (%)	44 (15.5)	7 (2.5)	2 (0.7)	231 (81.3)	284 (100.0)	1	231	516
1.8～ (%)	11 (14.3)	1 (1.3)		65 (84.4)	77 (100.0)	1	82	160
2.0～ (%)	3 (9.7)			28 (90.3)	31 (100.0)		30	61
合計 (%)	378 (16.0)	85 (3.6)	5 (0.2)	1,897 (80.2)	2,365 (100.0)	4	2,019	4,388
記載なし (%)	22 (12.4)	4 (2.3)	30 (16.9)	121 (68.4)	177 (100.0)		302	479
総計 (%)	400 (15.7)	89 (3.5)	35 (1.4)	2,018 (79.4)	2,542 (100.0)	4	2,321	4,867
平均	1.35	1.29	1.43	1.39	1.38	1.53	1.38	1.38
標準偏差	0.26	0.23	0.28	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D1820##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査