

表 851 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (IHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)							1	1
0.4~ (%)								
0.6~ (%)				6 (100.0)	6 (100.0)		7	13
0.8~ (%)	3 (18.8)	1 (6.3)		12 (75.0)	16 (100.0)		21	37
1.0~ (%)	16 (19.5)	2 (2.4)	2 (2.4)	62 (75.6)	82 (100.0)		82	164
1.2~ (%)	47 (18.7)	14 (5.6)	2 (0.8)	189 (75.0)	252 (100.0)		229	481
1.4~ (%)	65 (17.1)	9 (2.4)	3 (0.8)	303 (79.7)	380 (100.0)		328	708
1.6~ (%)	66 (20.2)	13 (4.0)	1 (0.3)	247 (75.5)	327 (100.0)	1	319	647
1.8~ (%)	30 (16.8)	6 (3.4)		143 (79.9)	179 (100.0)		188	367
2.0~ (%)	26 (17.0)	1 (0.7)	1 (0.7)	125 (81.7)	153 (100.0)		127	280
合計 (%)	253 (18.1)	46 (3.3)	9 (0.6)	1,087 (77.9)	1,395 (100.0)	1	1,302	2,698
記載なし (%)	24 (18.3)	1 (0.8)	26 (19.8)	80 (61.1)	131 (100.0)		170	301
総計 (%)	277 (18.2)	47 (3.1)	35 (2.3)	1,167 (76.5)	1,526 (100.0)	1	1,472	2,999
平均	1.60	1.52	1.45	1.60	1.60	1.75	1.59	1.60
標準偏差	0.31	0.25	0.34	0.31	0.31		0.31	0.31

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1821##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査