

表 875 1セッションあたりの置換液量(L) 透析歴(年)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析歴	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		37 (14.3)	171 (66.3)	48 (18.6)	1 (0.4)	1 (0.4)	258 (100.0)	9	267	7.20	2.65
2年~ (%)		58 (11.0)	309 (58.9)	156 (29.7)	1 (0.2)	1 (0.2)	525 (100.0)	24	549	7.64	2.32
5年~ (%)		69 (9.3)	411 (55.2)	264 (35.5)			744 (100.0)	29	773	7.93	2.22
10年~ (%)		38 (7.3)	271 (51.9)	211 (40.4)	2 (0.4)		522 (100.0)	27	549	8.16	2.09
15年~ (%)		26 (7.6)	197 (57.3)	119 (34.6)	1 (0.3)	1 (0.3)	344 (100.0)	10	354	8.09	2.11
20年~ (%)		14 (5.3)	112 (42.3)	138 (52.1)	1 (0.4)		265 (100.0)	13	278	8.52	2.08
25年~ (%)		6 (3.1)	85 (44.3)	101 (52.6)			192 (100.0)	12	204	8.60	1.86
30年~ (%)		6 (4.4)	59 (43.4)	71 (52.2)			136 (100.0)	6	142	8.64	2.00
35年~ (%)		5 (5.7)	43 (48.9)	39 (44.3)	1 (1.1)		88 (100.0)	5	93	8.40	2.45
40年~ (%)		4 (10.8)	17 (45.9)	16 (43.2)			37 (100.0)	2	39	7.89	2.53
合計 (%)		263 (8.5)	1,675 (53.8)	1,163 (37.4)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,111 (100.0)	137	3,248	8.01	2.24
不明 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)	1	2	8.00	
記載なし (%)											
総計 (%)		263 (8.5)	1,676 (53.9)	1,163 (37.4)	7 (0.2)	3 (0.1)	3,112 (100.0)	138	3,250	8.01	2.24
平均		9.69	11.51	14.66	14.71	7.33	12.54	13.15	12.56		
標準偏差		9.30	9.70	10.31	12.16	10.21	10.05	10.60	10.07		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1932##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査